



### Sicherheitsinformation

#### des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen zu MACROLANE bei Brustvergrößerung

**Die gegenständliche Sicherheitsinformation betrifft die Entscheidung des Herstellers Q-Med/Galderma, dass die Anwendung von Macrolane zur Brustvergrößerung bis auf weiteres entfällt.**

#### Hintergrund dieser Entscheidung:

Macrolane kann die Auswertung von Mammografien beeinträchtigen. Mammografie wird in Österreich, wie in vielen anderen Ländern auch, zur Früherkennung von Brustkrebs eingesetzt. Die laufende Diskussion über die adäquate radiologische Diagnostik von Brüsten, die mit Macrolane vergrößert wurden, veranlassten den Hersteller zur Einstellung dieser Indikation für Macrolane bis auf weiteres.

Für das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

  
15. MAI 2012  
DI Meinrad Guggenbichler

**Datum:** 15.05.2012  
**Kontakt:** DI Meinrad Guggenbichler  
**Telefon:** +43 (0) 505 55-36421 **Fax:** 36409  
**E-Mail:** inspektionen@ages.at  
**Geschäftszahl:** INS-100293-0005